

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΤΙΩΝ  
ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

Σύμφωνα με:

- α. Το ΦΕΚ 1537/ τ.Β'3/5/2012 ΚΥΑ 146163 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»,
  - β. Την σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου μας και του ΕΣΔΚΝΑ (8/9/2011)
- προτείνουμε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για τα κυτία αιχμηρών αντικειμένων επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων:
1. Να είναι αδιάτρητοι, σκληροί υποδοχείς από πλαστικό (πλην PVC)
  2. Να φέρουν καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια (χωρίς τη δυνατότητα εκ νέου ανοίγματος). Να έχει πάνω στο καπάκι εγχοπές για την ασφαλή απόρριψη των βελόνων από τις σύριγγες.
  3. Να είναι **κόκκινου χρώματος**.
  4. Να αναγράφεται στη συσκευασία με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο τρόπο **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ** και να φέρουν το **σήμα του βιολογικού κινδύνου**.
  5. Να φέρουν ετικέτα με τα παρακάτω:

|  |
|--|
| <b>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :</b><br><b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:</b><br><b>ΤΜΗΜΑ:</b> |
|--|

6. Να φέρουν τα μεγάλης χωρητικότητας, χειρολαβές για την ασφαλή μεταφορά τους.
7. Να έχουν χωρητικότητα 1,5 - 4 και 6 λίτρα.