

Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων

1. Η εταιρία θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο των μονοκλωνικών ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αναλυτή .
2. Τα μονοκλωνικά αντισώματα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τα προτεινόμενα ή αντίστοιχα φθοριοχρώματα, ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος διαχωρισμός των δεδομένων.
3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση σε υγρή ή λυοφιλιωμένη μορφή.
4. Τα αντιδραστήρια να είναι κατάλληλα για κλινική διάγνωση (CE-IVD).
5. Αντιδραστήρια για ερευνητική χρήση θα προτιμηθούν μόνο σε περίπτωση που δεν προσφερθούν αντίστοιχα αντιδραστήρια κλινικής διάγνωσης (ASR , RUO).
6. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προσφερόμενο αναλυτή.
7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης επιλεγμένων αντιδραστηρίων με νέα αντίστοιχου κόστους έτσι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση των πρωτοκόλλων του Εργαστηρίου με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Επιστημονικών Ομάδων, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού.